

Il vecchio apparecchio era guasto

All'ospedale di Cairo arriva il cicloergometro Ecografie: attese lunghe

IL RETROSCENA

MAURO CAMOIRANO
CAIRO MONTENOTTE

Verrà acquistato un nuovo cicloergometro per gli elettrocardiogrammi da sforzo presso l'ospedale di Cairo. L'apparecchiatura è fuori uso dallo scorso dicembre.

Inizialmente l'Asl aveva spiegato che «la ditta produttrice ha cessato l'attività e la società subentrata sta incontrando difficoltà nel reperimento dei pezzi di ricambio». Ma sono passati ormai 6 mesi. Dall'Asl ora aggiungono: «L'apparecchiatura verrà sostituita con un cicloergometro più performante: l'acquisto è stato già previsto all'interno del pia-



All'ospedale di Cairo il cicloergometro è rotto da mesi

no investimenti e le procedure tecniche sono attualmente in fase di definizione». Tra l'altro non si tratta certo di una cifra astronomica. Nel frattempo, sottolineano dall'Asl, «sono state aumentate le sedute aggiuntive a Savona, a giugno e luglio, per contenere il disagio e l'attesa per la cittadinanza». I tempi minimi di attesa dell'Asl 2, sono 7 giorni. Un calcolo fatto mettendo insieme Asl 2 e Asl 1, con gli utenti che ricordano la possibilità di effettuare l'esame in quei tempi se si accetta una struttura in provincia di Imperia, mentre per le strutture nel savonese i tempi rimarrebbero ben più dilatati.

Dilatati, rispetto ad un'offerta dell'Asl solitamente ce-

lere, sono i tempi minimi di attesa anche per molte ecografie: dai 37 ai 57 giorni per le priorità B (da eseguirsi entro 10 giorni). Asl spiega: «Per quanto riguarda alcune ecografie in priorità B, il temporaneo incremento dei tempi di attesa è legato alla necessità di far fronte, nelle ultime settimane, a un elevato volume di richieste nelle classi di priorità D e P. Nell'ottica di una gestione complessiva e del miglior utilizzo delle risorse disponibili, è stata effettuata una rimodulazione temporanea delle agende per assorbire tale domanda. In questi giorni sono state nuovamente implementate le prestazioni con priorità B». —